

Siedlce, dnia 30 lipca 2014 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD-I.272.70.2014.BK

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.70.2014 na dostawę butelek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie: butelek do hodowli adherentnych linii komórkowych: powierzchnia hodowlana 25 cm² np. firmy Thermo Nunc nr kat. 156367 **pakowanych po 200 szt.** oraz butelek do hodowli adherentnych linii komórkowych: powierzchnia hodowlana 75 cm² np. firmy Thermo Nunc nr kat. 156499 **pakowanych po 100 szt.**?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia butelek do hodowli adherentnych linii komórkowych (powierzchnia hodowlana 25 cm²), których opakowanie zbiorcze (karton) liczy 200 szt, a opakowanie jednostkowe (10 szt.) pozostaje bez zmian zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający w SIWZ, butelki do hodowli adherentnych linii komórkowych powierzchnia hodowlana 25 cm² firmy Thermo Nunc nr katalogowy 156367 wskazał jedynie jako przykład.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia butelek do hodowli adherentnych linii komórkowych (powierzchnia hodowlana 75 cm²), których



opakowanie zbiorcze (karton) liczy 100 szt, a opakowanie jednostkowe (5 szt.) pozostaje bez zmian zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający w SIWZ, butelki do hodowli adherentnych linii komórkowych powierzchnia hodowlana 75 cm² firmy Thermo Nunc nr katalogowy 156499 wskazał jedynie jako przykład.

