



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII

**Wykonawcy**  
**wszyscy**

Nasz znak: WIW-AD-I.272.71.2015

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.52.2015 na dostawę końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

**Pytanie 1: – dotyczy pozycji 7 przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści końcówki firmy HTL w zakresie 100-1000 µl, pakowane w pudełko 10x100 szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2: – dotyczy pozycji 20 przedmiotu zamówienia**

Firma Thermo Electron nie produkuje końcówek w zakresie 20-200 µl o długości 52 mm. Do pipet Finnpiquette firma Thermo proponuje końcówki w zakresie 0,5-250 µl lub 5-300µl o długości 52 mm. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek o zakresie 0,5-250 µl przeznaczonych do pipet Finnpiquette 20-200 µl?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie końcówek o zakresie 0,5-250 µl przeznaczonych do pipet Finnpiquette 20-200 µl. Wymaga zaoferowania



końcówek o zakresie 5-300 µl przeznaczonych do pipet Finnpiquette 20-200 µl. Jednocześnie informuje, iż zmienia opis przedmiotu zamówienia poz 20. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianie ulega Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 20 kolumna pt. Przedmiot zamówienia, która otrzymuje brzmienie „ Końcówki o poj. 5 – 300 µl, pasujące do pipet jednokanałowych Finnpiquette firmy Thermo Electron Corporation” oraz kolumna pt. Opis – parametry techniczne, a także Załącznik nr 6 pkt 20 i otrzymują brzmienie – zakres od 5 - 300 µl, – długość 52 mm; – niesterylne; - pakowane w pudełka i raki po 96 sztuk, - dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami jednokanałowymi Finnpiquette firmy Thermo Electron Corporation. Zmianie ulega też Załącznik nr 7 do SIWZ Harmonogram dostaw, tabela 4 pkt 1, kolumna pt. Przedmiot zamówienia, który otrzymuje brzmienie: Końcówki o poj. 5 – 300 µl, pasujące do pipet jednokanałowych Finnpiquette.

