



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD-I.272.75.2015

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.75.2015 na dostawę wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku surowym dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1:

poz. 1 - wzorzec /standard/ kalibracyjny „ A” 0.000 °C,

poz. 2 - wzorzec /standard/ kalibracyjny „ B ” - 0,557°C,

poz. 3 - wzorzec /standard/ „ C” -0,512 °C,

Producent Funke Gerber deklaruje termin ważności wzorców/ standardów/ kalibracyjnych „ A”, „B” oraz wzorzec /standard/ „C” **6 miesięcy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin gwarancji **6 miesięcy** od dnia dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 1- 3 wymaga dostawy towaru z terminem gwarancji minimum 6 miesięcy od dnia dostawy. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

Pytanie 2:

poz. 2 - wzorzec/standard/kalibracyjny „ B ” 0,557 °C,



Zamawiający podał przez omyłkę nazwę „wzorzec /standard/ kalibracyjny „ B ” 0,557 °C”.

Prawidłowa nazwa powinna być: wzorzec /standard/kalibracyjny „ B ”- 0,557°C.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania: Wzorzec /standard/kalibracyjny „ B ” - 0,557°C. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

Pytanie 3:

poz. 3 - wzorzec/standard/„ C ” 0,512 °C,

Zamawiający podał przez omyłkę nazwę „ wzorzec /standard/ kalibracyjny „ C ” 0,512 °C”

Powinno być: wzorzec /standard/ kalibracyjny „ C ” - 0,512 °C.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania: Wzorzec /standard/kalibracyjny „ C ” - 0,512 °C. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiana polega na:

- 1) Zmianie przedmiotu zamówienia pozycja 2 i 3 oraz termin gwarancji poz. 1-3 Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia,
- 2) Zmianie załącznika nr 6 pozycja 2 i 3 Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia,
- 3) Zmianie załącznika nr 7 do SIWZ „Harmonogram dostaw” polegającej na zmianie przedmiotu zamówienia poz. 2 i 3.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26 sierpnia 2015 roku do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2015 roku o godzinie 10:00.



Załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość op.	Jed. miary	Wymagany termin gwarancji	Inne wymagania – dokumenty do dostawy
1.	Wzorzec /standard/ kalibracyjny „A” 0,000°C	Współpracujący z aparatem CryoStar I firmy Funke Gerber	6 op.	250 ml	op.	Minimum 6 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości, etykieta w języku polskim.
2.	Wzorzec /standard/ kalibracyjny „B” - 0,557°C	Współpracujący z aparatem CryoStar I firmy Funke Gerber	6 op.	250 ml	op.	Minimum 6 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości, etykieta w języku polskim.
3.	Wzorzec /standard/ „C” - 0,512°C	Współpracujący z aparatem CryoStar I firmy Funke Gerber	6 op.	250 ml	op.	Minimum 6 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości, etykieta w języku polskim.
4.	Płyn chłodzący	Współpracujący z aparatem CryoStar I firmy Funke Gerber	6 op.	500 ml	op.	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości, etykieta w języku polskim.



Załącznik nr 2 do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku surowym dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis – Parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne *	Producent, nr katalogowy, termin gwarancji
1.	Wzorzec /standard/ kalibracyjny „A” 0,000°C	Współpracujący z aparatem CryoStar I firmy Funke Gerber		
2.	Wzorzec /standard/ kalibracyjny „B” - 0,557°C	Współpracujący z aparatem CryoStar I firmy Funke Gerber		
3.	Wzorzec /standard/ „C” - 0,512°C	Współpracujący z aparatem CryoStar I firmy Funke Gerber		
4.	Płyn chłodzący	Współpracujący z aparatem CryoStar I firmy Funke Gerber		

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia __ __ 2015 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

HARMONOGRAM DOSTAW

Miejsce realizacji: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość zamawiana	2015 rok											
			Miesiąc											
-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	14 dni od dnia podpisania umowy	9	10	11	12
1.	Wzorzec /standard/ kalibracyjny „A” 0,000°C	6 op. (a'250 ml)	x	x	x	x	x	x	x	2	1	x	3	x
2.	Wzorzec /standard/ kalibracyjny „B” - 0,557°C	6 op. (a'250 ml)	x	x	x	x	x	x	x	2	1	x	3	x
3.	Wzorzec /standard/ „C” - 0,512°C	6 op. (a'250 ml)	x	x	x	x	x	x	x	2	1	x	3	x
4.	Płyn chłodzący	6 op. (a'500 ml)	x	x	x	x	x	x	x	2	1	x	3	x