



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD-I.272.80.2015

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.80.2015 na dostawę inkubatora do mikroplętek, automatycznej płuczki mikroplętek, automatycznego czytnika do mikroplętek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie nr 1: W rozdziale XVIII pkt 1. SIWZ Zamawiający wymaga aby do dostarczanych sprzętów Wykonawca dołączył foldery reklamowe producenta. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie folderów producenta w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty folderów producenta w języku angielskim, o których mowa w rozdziale XVIII pkt 1. SIWZ

Pytanie nr 2: W rozdziale XVII pkt 1. podpunkt s) Zamawiający pisze „Zamawiający wymaga, aby wraz z inkubatorem dostarczono świadectwo wzorcowania czujnika temperatury wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące w temp. 22OC, 37OC, 60OC”. Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie wraz z inkubatorem świadectwa wzorcowania zewnętrznego czujnika



temperatury umożliwiającego potwierdzenie parametrów temperaturowych oferowanego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wzorcowany był wewnętrzny czujnik temperatury - wbudowany w inkubator.

Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuści automatyczną płuczkę mikroplatek z gwarancją producenta wynoszącą 12 miesięcy? Dodatkowa gwarancja spowoduje wzrost ceny o 10% wartości oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

