



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD-I.272.89.2015

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.89.2015 na dostawę materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Poz. 10 Materiał BCR-381 jest niedostępny. W chwili obecnej w dystrybucji znajduje się materiał ERM- BC381. Czy Zamawiający zaakceptuje proponowany materiał? Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z pakietu?

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu analizy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiał ERM-BC381.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

Pytanie 2: Poz. 53 Materiał Flutriafol 100mg dostępny jest z datą ważności 08/2016 i jest to aktualnie jedyna dostępna seria. Możemy zaproponować materiał IPO 255 z zaw.98% i datą ważności grudzień/2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału z datą ważności 08/2016 czy ewentualnie proponowany zamiennik z datą 12/2019? Czy Jeśli nie, czy Zamawiający wykluczy pozycję z pakietu? W załączeniu kopie przykładowych certyfikatów.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ – Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3: Poz. 62 Materiał BCR-649 nie jest dostępny. Aktualnie w dystrybucji znajduje się materiał BCR-648-9, który jest zestawem składającym się z dwóch materiałów (prawdopodobnie wkradł się błąd w numerze katalogowym w opisie do pozycji). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w dostępnym zestawie? Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z pakietu? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu analizy dla tego materiału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiał referencyjny BCR-648-9 złożony z: BCR-648 zawierający clenbuterol poniżej 0,5 µg/kg i BCR-649 zawierający clenbuterol w ilości 1,2 µg/kg ± 0,3 µg/kg oraz salbutamol w ilości 3,14 µg/kg ± 1,17 µg/kg i terbutaline w ilości 1,86µg/kg ± 0,81 µg/kg. Zastosowana matryca: wątroba wołowa w postaci liofilizatu.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

Pytanie 4: Poz. 71 Materiał BCR-492 jest niedostępny. W chwili obecnej w dystrybucji znajduje się materiał ERM- BB492-3, który jest zestawem składającym się z dwóch materiałów. Czy Zamawiający zaakceptuje proponowany materiał? Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z pakietu?

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu analizy do wglądu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiał referencyjny ERM-BB492-3 złożony z: BCR-493 zawierający łącznie oxytetracycline i 4-epitetracycline poniżej 0,5 µg/kg i BCR-492 zawierający łącznie oxytetracycline i 4-epitetracycline w ilości 101 µg/kg ± 11 µg/kg. Zastosowana matryca: mleko częściowo odtłuszczone.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

Pytanie 5: Poz.72 Materiał Fapas02262qc dostępny jest z datą ważności 02/2016 i jest to jedyny dostępny aktualnie materiał. Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału z datą



ważności 02/2016? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z pakietu? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykluczenie poz. 72 z pakietu. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiana polega na:

- 1) Zmianie przedmiotu zamówienia pozycja 10, 62, 71 oraz usunięciu poz. 72 Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
- 2) Zmianie załącznika nr 6 pozycja 10, 62, 71 oraz usunięciu poz. 72 Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15 października 2015 roku do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2015 roku o godzinie 10:00.



Załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość op.	Jed. miary	Wymagany termin gwarancji	Inne wymagania – dokumenty do dostawy
10.	Mąka z żyta - rye flour -certyfikowany materiał referencyjny	BCR-381 lub ERM-BC381 Wartości certyfikowane dla: białko, tłuszcz, popiół, Ca, Mg, Na, K, Cl	3 op.	100 g	op.	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu dla każdej serii.
62.	Wątroba wołowa-bovine liver, - certyfikowany materiał referencyjny	(β -agonist in bovine liver) BCR®Certified Reference Material BCR-649 lub materiał referencyjny BCR-648-9 złożonego z: BCR-648 zawierający clenbuterol poniżej 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ i BCR-649 zawierający clenbuterol w ilości 1,2 $\mu\text{g}/\text{kg} \pm 0,3 \mu\text{g}/\text{kg}$ oraz salbutamol w ilości 3,14 $\mu\text{g}/\text{kg} \pm 1,17 \mu\text{g}/\text{kg}$ i terbutaline w ilości 1,86 $\mu\text{g}/\text{kg} \pm 0,81 \mu\text{g}/\text{kg}$. Zastosowana matryca: wątroba wołowa w postaci liofilizatu.	1op.	set.	op.	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu dla każdej serii.



71.	Mleko w proszku – milk powder - certyfikowany materiał referencyjny	Oksytetracyklina 307 µg/kg BCR-492 lub materiał referencyjny ERM-BB492-3 złożony z: BCR-493 zawierający łącznie oxytetracycline i 4- epitetracycline poniżej 0,5 µg/kg i BCR-492 zawierający łącznie oxytetracycline i 4- epitetracycline w ilości 101 µg/kg ± 11 µg/kg. Zastosowana matryca: mleko częściowo odtłuszczone.	1 op.	set.	op.	Min. 12 miesiące od dnia dostawy.	Certyfikat jakości produktu dla każdej serii.
72.	-	-	-	-	-	-	-



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Załącznik nr 2 do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis – Parametry techniczne	Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne *	Producent, nr katalogowy, termin gwarancji
10.	Mąka z żyta - rye flour -certyfikowany materiał referencyjny	BCR-381 lub ERM-BC381 Wartości certyfikowane dla: białko, tłuszcz, popiół, Ca, Mg, Na, K, Cl		
62.	Wątroba wołowa- bovine liver, - certyfikowany materiał referencyjny	(β-agonist in bovine liver) BCR®Certified Reference Material BCR-649 lub materiał referencyjny BCR-648-9 złożony z: BCR-648 zawierający clenbuterol poniżej 0,5 µg/kg i BCR-649 zawierający clenbuterol w ilości 1,2 µg/kg ± 0,3 µg/kg oraz salbutamol w ilości 3,14 µg/kg ± 1,17 µg/kg i terbutaline w ilości 1,86µg/kg ± 0,81 µg/kg. Zastosowana matryca: wątroba wołowa w postaci liofilizatu.		
71.	Mleko w proszku – milk powder - certyfikowany materiał referencyjny	Oksytetracyklina 307 µg/kg BCR-492 lub materiał referencyjny ERM-BB492-3 złożony z: BCR-493 zawierający łącznie oxytetracycline i 4-epitetracycline poniżej 0,5 µg/kg i BCR-492 zawierający łącznie		



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

		oxytetracycline i 4-epitetracycline w ilości 101 µg/kg ± 11 µg/kg. Zastosowana matryca: mleko częściowo odtłuszczone.		
72.	-	-		

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia __ __ 2015 rok

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl