



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.6.2016 BK

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015. poz. 2164.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.6.2016 na dostawę gotowych pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 oraz 5 podłoży o temp. przechowywania +6°C do +12°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1, 3, 6 podłoży o temp. przechowywania +6°C do +25°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pożywki oznaczone były trwałym nadrukiem zawierający nazwę skróconą podłoża, numer serii, datę ważności?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oznakowanie płytek/ probówek/ worków trwałym nadrukiem zawierający nazwę skróconą podłoża oraz numer serii, datę ważności.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli jakości lub certyfikatu kontroli jakości do każdej dostawy. Zamawiający dopuszcza papierową lub elektroniczną formę dokumentów.

Mazowiecki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
z up.
Marcin Kłuszczyński
Referent główny

