



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII

**Wykonawcy**  
**wszyscy**

Nasz znak: WIW-AD-I.272.14.2016 BK  
Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015. poz. 2164.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.14.2016 na dostawę testu 4 sensor dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów 4Sensor firmy Unisensor z minimum 8 miesięczny wymagany terminem gwarancji?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostawę testów 4Sensor z minimum 8 miesięcznym terminem gwarancji.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015. poz. 2164.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Zmiana polega na zmianie wymaganego terminu gwarancji Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.



**Załącznik nr 1** do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Opis - parametry techniczne</b>	<b>Ilość zamawiana</b>	<b>Wielkość op.</b>	<b>J. m.</b>	<b>Wymagany termin gwarancji</b>	<b>Inne wymagania – dokumenty do dostawy</b>
1.	Test 4-sensor	Szybki test sensoryczny do wykrywania obecności antybiotyków $\beta$ -laktamów, Dihydrostreptomycyny, Streptomycyny, Chloramfenikolu i Tetracyklin w mleku w czasie 5+5minuty w temperaturze $40^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$	4 op.	96 studzienek i 96 pasków	op.	Minimum 8 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości dołączony do każdej serii.

