



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Wykonawcy

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.127.2016.AB

Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.127.2016 na dostawę chłodziarki laboratoryjnej, dwudrzwiowej, jednokomorowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie, na które piętro należy dostarczyć chłodziarkę? Czy w budynku jest winda (jakie wymiary i udźwig) czy też trzeba korzystać ze schodów?

Odpowiedź:

Chłodziarkę należy dostarczyć do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa a następnie wnieść ją i zainstalować w sali sekcyjnej znajdującej się w piwnicy budynku laboratorium (poziom -1). W budynku nie ma windy, trzeba korzystać ze schodów.

Pytanie 2:

Proszę o doprecyzowanie ilości kompletów półek metalowych plastyfikowanych z prowadnicami, dostarczanych wraz z urządzeniem, poza czterema dodatkowymi kompletami.



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy chłodziarki laboratoryjnej dwudrzwiowej jednokomorowej do sali sekcyjnej z półkami metalowymi plastyfikowanymi + prowadnice do półek w ilości 10 sztuk półek + 20 prowadnic.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega:

- 1) Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 listopada 2016 roku do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2016 roku o godzinie 11:00.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z pp.
lek. wet. Stanisław Tešiorowski
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII



Załącznik nr 1
do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa chłodziarki laboratoryjnej, dwudrzwiowej, jednokomorowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Dokumenty wymagane przy dostawie towaru
1.	Dostawa chłodziarki laboratoryjnej dwudrzwiowej jednokomorowej do sali sekcyjnej	<p>1) Zakres temperatury: +1 - +10°C, przy temp. otoczenia +16 - +30°C, przy 55%HR</p> <p>2) Wymiary zewnętrzne (SxGxW): ± 5% 1440 x ± 5% 860 x ± 5% 2020 mm</p> <p>3) Wymiary wewnętrzne (SxGxW): ± 5% 1320 x ± 5% 695 x ± 5% 1505 mm</p> <p>4) Pojemność: 1400 dm³ ± 5%</p> <p>5) Ciężar: ± 5% 195kg,</p> <p>6) Korpus zewnętrzny lakierowany na biało (lakierowany proszkowo)</p> <p>7) Jednokomorowa, dwudrzwiowa</p> <p>8) Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej</p> <p>9) Automatyczne odszranianie gorącymi parami i odparowanie kondensatu</p> <p>10) Półki metalowe plastyfikowane + prowadnice do półek w ilości 10 sztuk półek + 20 prowadnic.</p> <p>11) Obieg powietrza wymuszony wentylatorem</p> <p>12) Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym temp.</p> <p>13) Zasilanie: 230/50 [V/Hz]</p> <p>14) Czynniki chłodnicze: R-134a lub R-404a</p> <p>15) Alarm dźwiękowy wysokiej/niskiej temperatury</p> <p>16) Alarm otwartych drzwi</p>	1 sztuka	Instrukcja obsługi w języku polskim



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

		<p>17) Zamek drzwi z kluczem</p> <p>18) Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej</p> <p>19) Otwór walidacyjny</p> <p>20) Inne wymagania:</p> <p>a) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,</p> <p>b) Dostarczenie do wskazanej lokalizacji wraz z wniesieniem, ustawieniem i instalacją</p> <p>c) Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi i sprawdzenia.</p>	

