



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

Wykonawcy
- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.123.2016.AB

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.123.2016 na dostawę szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1 - dotyczy pozycji 11:

Czy zamawiający dopuści probówki o wysokości 100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - dotyczy pozycji 11:

Czy zamawiający dopuści probówki ze szkła sodowo-wapniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - dotyczy pozycji 41

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, spełniający wszystkie wymienione w SIWZ parametry?



Odpowiedź:

Tak. Zamawiający w poz. 41 „Kuwety STARNA ze szkła kwarcowego do oznaczeń spektrofotometrycznych” dopuszcza produkt równoważny, który spełnia wszystkie parametry zamieszczone w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy pozycji 48:

Jakie wymiary (średnica lejka, długość nóżki) powinny mieć powyższe lejki?

Odpowiedź:

Zamawiający w poz. 48 „Lejki filtracyjne” wymaga dostawę lejków o parametrach: Szkło sodowo-wapniowe, z krótką rurką ssącą, o średnicy 55 mm, wysokości 95 mm, pasujących do filtrów o średnicy 70 do 90 mm. Zgodne z normą DIN ISO 4798.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla poz. 41 i 48.

Zmianie ulega:

- 1) Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poz. 41 i 48, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego wyjaśnienia treści oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 listopada 2016 roku do godziny 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie ~~11:00~~ 13:00 *Białazy*

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up.
lek. wet. Stanisław Teodorowski
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Białazy




Załącznik nr 1

do wyjaśnienia treści oraz zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawę szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	J.m.	Wielkość opakowania	Ilość zamawiana (j.m.)	Dokumenty wymagane przy dostawie towaru
41.	Kuwety STARNA ze szkła kwarcowego do oznaczeń spektrofotometrycznych	Kuwety STARNA do pomiarów spektrofotometrycznych przy długościach fali od 190nm do 2500nm. materiał: szkło kwarcowe, długość drogi optycznej: 10 mm szerokość wewnętrzna: 10 mm grubość ścianki: 1,25 mm, wymiary zewnętrzne: 45 mm x 12,5 mm x 12,5mm pojemność: 3,5 ml Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, który spełnia powyższe parametry.	op.	2 szt.	2 op.	—
48.	Lejki filtracyjne	Szkło sodowo - wapienne, z krótką rurką ssącą, o średnicy 55 mm, wysokości 95 mm, pasujących do filtrów o średnicy 70 do 90 mm. Zgodne z normą DIN ISO 4798	sztuka	—	15 sztuk	—



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl