



Siedlce, dnia 12 czerwca 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Beata Anna Tomanek

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.57.2017

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.57.2017 na dostawę wzorców metali do ASA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wzorców o większych pojemnościach niż 100 ml ? Wykonawca chciałby zaoferować wzorce o pojemności 125 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Iek. wet. Beata Anna Tomanek



