



Siedlce, dnia 21 listopada 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Beata Anna Tomanek

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.111.2017

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.111.2017 na dostawę kolumn do GC i HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie nr 1:

Pytanie dot. pozycji nr 4: Zamawiający wskazuje numer katalogowy 19091S-436UI, opisujący kolumnę kapilarną HP-5MSUI o długości 60 m. W opisie zaś Zamawiający wskazuje na kolumnę o długości 30m, której prawidłowy numer katalogowy to: 19091S-433UI. Proszę o wskazanie prawidłowego numeru katalogowego.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje iż, wymaga dostawy kolumny kapilarnej HP-5MS UI o parametrach m. in.: długości 30 m o nr katalogowym 19091S-433UI.

Pytanie nr 2:

Pytanie dot. pozycji nr 6: Zamawiający opisując kolumnę Zorbax C8 wskazuje parametr 60A. Jednak w katalogu producenta występuje kolumna o parametrach 70A. Proszę o wskazanie odpowiedniej wielkości porów w kolumnie. Pozostałe parametry podane przez Zamawiającego są poprawne.



Odpowiedź nr 2: Zamawiający wymaga dostawę kolumny Zorbax C8 o parametrze 60A producenta Agilent Technologies o nr katalogowym 880952-706 lub równoważnej.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści:

- a) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Rozdział XVI SIWZ dla pozycji nr 2 i 6 – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma;
- b) Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ dla pozycji nr 2 i 6 – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 09:30**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00**.

Anna Tomasz
Budaż

[Signature]
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. *Beata* Anna Tomasz



Załącznik nr 1
do wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ
w postępowaniu nr WIW-AD.272.111.2017

ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa kolumn do GC i HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość op.	Jednostka miary (kg, ml, szt.) lub inne	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania - Dokumenty do dostawy
4.	Kolumna kapilarna HP-5MS UI / 30 producenta firmy Agilent Technologies nr. kat. 19091S-433 UI, do chromatografów gazowych firmy Agilent Technologies, modele 7890B, 6890 i 6890N, np. firmy Agilent Technologies. Kolumna pracująca w chromatografie gazowym firmy Agilent Technologies, model 7890B, sprężonym z detektorem masy Agilent Technologies model 7000 C. Część składowa chromatografu gazowego - lub równoważny** .	<ol style="list-style-type: none"> Kolumna kapilarna z wypełnieniem (5% - Phenyl); Methylpolysiloxane; Kolumna nie polarna; Z niskim wypływem fazy dedykowana do MS; Dezaktywowana w technologii Ultra Inert; Faza powierzchniowo związana i usieciowana; Zakres temperaturowy: od - 60 do 325/350°C; Idenityczna selektywność do kolumny HP- 5; Długość 30 m, Średnica wewnętrzna 0,25 mm, Średnica zewnętrzna 0,4 mm Grubość filmu 0,25 µm; Kolumna pracująca w chromatografie gazowym firmy Agilent Technologies, model 7890B, sprężonym z detektorem masy Agilent Technologies model 7000C; Dopuszczalne płukanie kolumny rozpuszczalnikami. 	2 szt.	-	szt.	Minimum 12 miesięcy	Certyfikat jakości produktu.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiv@wiv.mazowsze.pl, wiv.mazowsze.pl

6.	Kolumna chromatograficzna Zorbax C8 5 μ , producenta Agilent Technologies o nr katalogowym 880952-706 do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, 1290 - lub równoważny** .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Długość 250 mm; 2. Średnica wewnętrzna 4,6 mm; 3. O wypełnieniu typu C8; 4. Ziarno sferyczne o średnicy 5 μm, 5. Średnica porów 60 Å, 6. Zakres pH 2,0 – 8,0, 	2 szt.	-	szt.	Minimum 12 miesięcy	Certyfikat jakości produktu.
----	---	--	--------	---	------	---------------------	------------------------------



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Załącznik nr 2
do wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ
w postępowaniu nr WIW-AD.272.111.2017

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD.272.111.2017

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę kolumn do GC i HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Wymagane parametry Zamawiającego		Oferowane parametry przez Wykonawcę *
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne
4.	Kolumna kapilarna HP-5MS UI / 30 producenta firmy Agilent Technologies nr. kat. 19091S-433 UI, do chromatografów gazowych firmy Agilent Technologies, modele 7890B, 6890 i 6890N, np. firmy Agilent Technologies. Kolumna pracująca w chromatografie gazowym firmy Agilent Technologies, model 7890B, sprężonym z	Opis - Parametry techniczne
		Producent/ numer katalogowy



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

	<p>detektorem masy Agilent Technologies model 7000 C. Część składowa chromatografu gazowego – lub równoważny.</p>	<p>7890B, sprzężonym z detektorem masy Agilent Technologies model 7000C; 14. Dopuszczalne płukanie kolumny rozpuszczalnikami.</p>	
<p>6.</p>	<p>Kolumna chromatograficzna Zorbax C8 5μ, producenta Agilent Technologies o nr katalogowym 880952-706 do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, 1290 – lub równoważny.</p>	<p>1. Długość 250 mm; 2. Średnica wewnętrzna 4,6 mm; 3. O wypełnieniu typu C8; 4. Ziarno sferyczne o średnicy 5 μm, 5. Średnica porów 60 Å, 6. Zakres pH 2,0 – 8,0,</p>	

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr.

_____ dnia ____ 2017 rok

(pieczęć i podpis)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl