



Siedlce, dnia 6 grudnia 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.144.2018 BK

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.144.2018 na dostawę standardów i wzorców do GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Proszę o informację, czy nie nastąpił błąd we wzorze sumarycznym w poz. nr 61 Standard hydrochlorku tetracykliny $C_{22}H_{25}N_2O_8 \cdot HCl$. Czy nie powinien być wzór $C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$.

Odpowiedź: Prawidłowy wzór standardu tetracyklina hydrochloride to $C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak
lek. wet. Paweł Jakubczak

Hopel

