



Siedlce, dnia 2 lipca 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.32.2019.PP

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.32.2019 na dostawę i montaż automatów do izolacji DNA metodą PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: SPECYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Wymagane parametry Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat wyposażony w jedno ramię mechaniczne, posiadające głowicę magnetyczną, umożliwiającą mieszanie kulek magnetycznych?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Aparat musi być wyposażony w dwa ramiona mechaniczne posiadające: - głowicę pipetującą odpowiednie odczynniki do izolacji przez cztery indywidualnie kontrolowane kanały i rozdzielającą płyn do odpowiednich dołków kasety reakcyjnej. Wymagane, aby głowica posiadała czytnik kodów kreskowych umożliwiających sprawdzanie załadowanych na pokład odczynników oraz materiałów zużywalnych - głowicę reakcyjną wyposażoną w 96 dyszową głowicę pipetującą, odpowiedzialną za rozpipetowanie odczynników do



izolacji oraz izolację materiału biologicznego w max. 96 próbach jednocześnie. Oba ramiona muszą poruszać się w trzech kierunkach (x, y, z);


MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARI
lek. wet. Paweł Jakubczak



