



Siedlce, dnia 6 sierpnia 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy

wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.46.2019

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.46.2019 na dostawę i montaż autoklawu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z uszczelką dociskaną sprężonym powietrzem na całym obwodzie, co stanowi doskonałe rozwiązanie w przypadku sterylizacji odpadów biologicznie niebezpiecznych, ponieważ zapewnia szczelność autoklawu już w momencie zamknięcia pokrywy?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje wymagania „Pokrywa komory ciśnieniowej autoklawu musi być ryglowana równomiernie na całym obwodzie. Uszczelka musi być wykonana w taki sposób, aby zapewniała uszczelnienie bez potrzeby napełniania jej powietrzem lub parą wodną, smarowania lub przesypywania talkiem”.

Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z zakresem temperatury sterylizacji 103-135°C oraz całkowitym zakresem pracy do 140°C (posiadającego program do czyszczenia armatury nasyconą parą o temperaturze 140°C)?



Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje wymaganie zawarte w SIWZ tj. sterylizację w temperaturach od min.100 do 136°C.

Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z programem do termostatowania płynów uruchamianym po sterylizacji z zakresem temperatur 60-95°C?

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje wymaganie zawarte w SIWZ tj temperaturę termostatowania płynów po zakończeniu cyklu sterylizacji – min. od 40 do 100°C.

Pytanie 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zastępstwie drukarki z trwałym wydrukiem oprogramowania zewnętrznego wraz z komputerem, które umożliwi zgrywanie i kolekcjonowanie danych z autoklawu oraz ich wydruk w trwałej formie z poziomu komputera?

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje wymaganie zawarte w SIWZ tj. autoklaw musi być wyposażony we wbudowaną drukarkę zapewniającą czytelny i trwały wydruk na zwykłym papierze. Nie dopuszcza się zastosowania drukarki termicznej, drukującej na papierze termoczułym.

