



Siedlce, dnia 7 października 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.64.2019

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.64.2019** na **dostawę wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:**

Pakiet nr 1: Pozycja 1 – Karta charakterystyki dla produktu Chemiczne testy do kontroli skuteczności dekontaminacji dla nadtlenu wodoru – ASF nie jest wymagana, czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu w SIWZ w celu złożenia oferty.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ.

Pytanie nr 2: Pozycja 1 - Chemiczne testy do kontroli skuteczności dekontaminacji dla nadtlenu wodoru – ASF, mają 3 miesięczny termin ważności. Czy zamawiający zgodzi się na rezygnację z zapisu w SIWZ mówiącą o terminie ważności minimum 12 miesięcy i zgodzi się na minimum 2 miesiące ważności.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ dotyczącą terminu ważności. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

Pytanie nr 3: Pozycja 2 – Karta charakterystyki dla produktu Biologiczne testy do kontroli skuteczności dekontaminacji dla nadtlenu wodoru – ASF nie jest wymagana, czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu w SIWZ w celu złożenia oferty.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110
Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

Pytanie nr 4: Pozycja 2 - Biologiczne testy do kontroli skuteczności dekontaminacji dla nadtlenku wodoru – ASF, mają termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji, czy zamawiający zgodzi się na zmianę w SIWZ na termin ważności minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ dotyczącą terminu ważności. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach informuje, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **WIW-AD.272.46.2019** na **dostawę wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie**. Zapisy **Rozdziału XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią **Załącznika nr 1** do niniejszego zawiadomienia. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przedłuża **termin składania ofert do dnia 11 października 2019 roku do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2019 roku o godzinie 9:00.**

MIAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Paweł Jakubczak

Załącznik nr 1
do Wyjaśnienie oraz zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania - dokumenty do dostawy.
1.	Chemiczne testy do kontroli skuteczności dekontaminacji dla nadtlenu wodoru - ASF.	Wizualne karty wskaźnikowe ze wskaźnikiem chemicznym oznaczające 2log, 4log, 6log lub > 6-log redukcję zmniejszenie obciążenia biologicznego w stosunku do wskaźnika biologicznego o wartości D 1,75 minuty. Zmiana koloru z niebieskiego na biały. Na karcie wskaźnikowej dostępna przestrzeń do zapisywania szczegółów procesu dekontaminacji. Numery partii na każdym wskaźniku chemicznym dla celów identyfikowalności produktu.	2 op.	20 szt.	op.	Minimum 2 miesiące od dnia dostawy.	1. Certyfikat jakości zawierający m.in. nr serii, data ważności. 2. Instrukcja w język polskim. 3. Karta charakterystyki dla każdej serii testu w języku polskim.



2.	Biologiczne testy do kontroli skuteczności dekontaminacji dla nadtlenu wodoru - ASF.	Wskaźniki biologiczne zapewniające redukcję 6-log obciążenie biologiczne po cyklu dekontaminacji HPV. Typ: 6-log Geobacillus stearothermophilus ATCC 12980. Numery partii na każdym wskaźniku biologicznym dla celów identyfikowalności produktu.	1 op.	20 szt.	op.	Minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.	1. Certyfikat jakości zawierający m.in. nr serii, data ważności. 2. Instrukcja w języku polskim.
----	--	---	-------	---------	-----	-------------------------------------	---



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl