



Siedlce, dnia 17 października 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.70.2019

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.70.2019 na dostawę odczynników chemicznych i kolumnienek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w Pakiecie nr 1 poz. 11 wodorotlenku sodu o zawartości chloru maks. 20 ppm?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w Pakiecie nr 1 w poz. 5, 10, 41, 43, 45, 46. odczynników z datą ważności min. 6 miesięcy? Wskazane numery katalogowe to produkty ULTRA-RESI (dedykowane organicznej analizie śladowej), należą do tej grupy odczynników, dla których gwarantowane terminy ważności są bardzo krótkie. Jest to związane z procesem rozkładu związków najczęściej wywoływanych przez wolne rodniki.



Odczynniki są z tego powodu w sposób specyficzny oczyszczane i stabilizowane dzięki czemu mogą być trwałe, ale często nie dłużej niż kilka miesięcy.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. *Anna Durak*
lek. wet. Anna Durak
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

