



Siedlce, dnia 7 października 2019 r.

**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
*Paweł Jakubczak*

**Wykonawcy**  
**- wszyscy -**

Nasz znak: WIW-AD.272.79.2019

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIW-AD.272.79.2019 na dostawę kriobanków i krioprobówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

**Pytanie nr 1:** dotyczy wielkości opakowania pozycji 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie opakowania: a' 80 fiołki, Producent Kriobanków Mast Grup od 2019 roku posiada w ofercie zestawy składające się z 80 fiolek. (do końca 2018 roku w asortymencie były jeszcze zestawy składające się z 64 fiolek)

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający wyraża zgodę. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

**Pytanie nr 2:** dotyczy wielkości opisu przedmiotu - parametrów technicznych. Czy zamawiający żąda konkretnego koloru kodowania? Dostępne są 4 kolory: żółty, niebieski, czerwony, zielony.

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający nie określił koloru kodowania w treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach



informuje, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.79.2019 na dostawę kriobanków i krioprobówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Zapisy Rozdziału XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymują brzmienie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Zapisy Załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymują brzmienie zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

Zapisy Załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymują brzmienie zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do niniejszego zawiadomienia.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13 listopada 2019 roku do godziny 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2019 roku o godzinie 12:00.



**ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa kriobanków i krioprobówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania – dokumenty do dostawy.
1.	Kriobank	Sterylnie fiolki zawierające 25 koralików o mikroporowatej strukturze, zawieszony w hipertonicznym roztworze gwarantującym długoterminową przeżywalność mikroorganizmów w temperaturach od -20°C do -80°C.	560 fiolek	od 40 do 80 fiolek	op.	Min. 12 miesięcy od daty dostawy.	Certyfikat jakości produktu i sterylności dołączone do dostawy dla każdej serii.



2.	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i silikonową uszczelką. Sterylne	<p>Probówki i pokrywki są wykonane ze specjalnego polipropylenu, nakrętka z silikonową uszczelką gwarantującą bezpieczne i szczelne zamknięcie, o pojemności 10ml, samostojące, z białym polem do opisu odpornym na zarysowania. Przezroczyste ścianki.</p> <p>Przechowywanie w temperaturach od -196°C do +121°C. Sterylizowane promieniami gamma.</p>	450 szt. a' 10 ml	25 - 50 szt.	op.	Min. 12 miesięcy od daty dostawy	Dokument potwierdzający sterylność produktu
----	---	---	----------------------	--------------	-----	----------------------------------	---



Nr sprawy: WIW-AD.272.79.2019

**HARMONOGRAM DOSTAW**

**Miejsce realizacji:** Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa – Pracownia Diagnostyki Chorób Zwierząt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość zamawiana	Termin dostawy
			do dnia 24 grudnia 2019 r.
1.	Kriobank	320 szt. a' 10 ml	320 szt. a' 10 ml
2.	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i silikonową uszczelką. Sterylne	450 szt. a' 10 ml	450 szt. a' 10 ml

**Miejsce realizacji:** Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa – Pracownia Mikrobiologii Żywności.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość zamawiana	Termin dostawy
			do dnia 24 grudnia 2019 r.
1.	Kriobank	240 szt. a' 10 ml	240 szt. a' 10 ml



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: [wiw@wiw.mazowsze.pl](mailto:wiw@wiw.mazowsze.pl), [wiw.mazowsze.pl](http://wiw.mazowsze.pl)

Nr sprawy: WIW-AD.272.79.2019

## SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę kriobanków i krioprobówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

-	Parametry Zamawiającego			Oferowane przez Wykonawcę parametry*		
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Wymagana wielkość opakowania	Przedmiot zamówienia (nazwa, producent, numer katalogowy termin gwarancji)*	Parametry techniczne*	Wielkość opakowania*
1.	Kriobank	Sterylnie fiolki zawierające 25 koralików o mikroporowatej strukturze, zawieszane w hipertonicznym roztworze gwarantującym długoterminową przeżywalność mikroorganizmów w temperaturach od -20°C do -80°C.	od 40 do 80 fiolek			



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: [wiw@wiw.mazowsze.pl](mailto:wiw@wiw.mazowsze.pl), [wiw.mazowsze.pl](http://wiw.mazowsze.pl)

2.	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i silikonową uszczelką. Sterylne	Probówki i pokrywki są wykonane ze specjalnego polipropylenu, nakrętka z silikonową uszczelką gwarantującą bezpieczne i szczelne zamknięcie, o pojemności 10ml, samostojące, z białym polem do opisu odpornym na zarysowania. Przezroczyste ścianki. Przechowywanie w temperaturach od -196°C do +121°C. Sterylizowane promieniami gamma.	25 - 50 szt.			
----	---	---	--------------	--	--	--

\*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2019 rok

\_\_\_\_\_  
*(podpis osób wskazanych w dokumencie  
 uprawnającym do wystąpienia w obrocie prawnym  
 lub posiadającym pełnomocnictwo)*



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: [wiw@wiw.mazowsze.pl](mailto:wiw@wiw.mazowsze.pl), [wiw.mazowsze.pl](http://wiw.mazowsze.pl)