



Siedlce, dnia 24 kwietnia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.45.2020

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.45.2020** na **dostawę szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:**

Pytanie nr 1: Ze względu na sporą ilość materiału do opracowania oraz za ograniczony dostęp do ofert dostawców ze względu na sytuację epidemiologiczną (praca w okrojonym czasie pracy, praca zdalna), zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do post. WIW-AD.272.45.2020 na 07.05.2020?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert do dnia 7 maja 2020 roku.

Pytanie nr 2: Dotyczy rozdziału IX SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.05.2020r.?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert do dnia 7 maja 2020 roku.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110
Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Pytanie nr 3: Dotyczy rozdziału XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 1, pozycja 3. W katalogach producentów posiadających raporty kalibracji cylindrów opisanych wyżej, wysokości wynoszą 260mm. Czy w związku z tym, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cylindra miarowego o pojemności 100 ml, wykonanego ze szkła borokrzemowego 3.3, z naniesioną kolorem niebieskim skalą, sześciokątną podstawą, wzorcowanego na „In”, zgodnego z normą DIN ISO 4788, z certyfikatem serii i raportem kalibracji, ale o wysokości 260mm zamiast 240mm?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w Rozdziale XVII - SIWZ.

Pytanie nr 4: Dotyczy rozdziału XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 1, pozycja 53. Czy Zamawiający może wskazać jaka ma być pojemność biurety Schillinga z pozycji nr 53?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, iż pojemność biurety Schillinga to 25ml oraz, iż dokonuje modyfikacji zapisów dla poz. 53 w Rozdziale XVI SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” – zgodnie z **Złącznikiem nr 1** do niniejszego zawiadomienia oraz Załącznika nr 5 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – zgodnie z **Złącznikiem nr 2** do niniejszego zawiadomienia.

Pytanie nr 5: Dotyczy rozdziału XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 1, pozycja 49. Według katalogów renomowanych producentów kolby okrągłodenne nie posiadają certyfikatów serii. Czy w związku z tym, Zamawiający może wskazać kolb okrągłodennych oranżowych, pojemność 500ml, ze szlifem 29/32 jakiego producenta oczekuje?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, iż odstępuje od dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia „Certyfikatu jakości produktu dla każdej serii” dla pozycji nr 49. Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści SIWZ – zgodnie z **Złącznikiem nr 1** do niniejszego zawiadomienia.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **7 maja 2020 roku do godziny 11:30.** Otarcie ofert nastąpi w dniu **7 maja 2020 roku o godzinie 12:00.**

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Paweł Jakubczak



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Załącznik nr 1
do Wyjaśnień oraz zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania - Dokumenty dołączone dostawy:
49.	Kolba okrągłodenna oranżowa z i szlifem 500ml	Ze szlifem NS 29/32, ze szkła boro 3.3, ochrona przed promieniowaniem UV do 500nm.	10 sztuk	---	sztuka	---	---
53.	Biureta Schillinga szkło oranżowe.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biureta wykonana z brązowego szkła borokrzemowego 3.3. Tolerancja $\pm 0,05$ ml. 2. Kalibrowane na wylew "ex". 3. Automatyczne ustawianie zera. 4. Biureta umożliwia precyzyjne miareczkowanie. Stabilna podstawa. Butelka wykonana z PE, kran teflonowy. 5. Pojemność 25ml.	1 sztuka	---	sztuka	---	Certyfikat jakości produktu dla każdej serii, raport kalibracji



Załącznik nr 2
do Wyjaśnień oraz zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: WIW-AD.272.45.2020

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie,**

Parametry Zamawiającego		Oferowane przez Wykonawcę parametry*			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagana wielkość opakowania (zestawu)	Przedmiot zamówienia (nazwa, producent, numer katalogowy)*	Parametry techniczne* opakowania*	Wielkość opakowania*
53.	Biureta Schillinga szkło oranżowe.				
	Opis - Parametry techniczne				
	<ol style="list-style-type: none">1. Biureta wykonana z brązowego szkła borokrzemowego 3.3. Tolerancja $\pm 0,05$ ml.2. Kalibrowane na wylew "ex".3. Automatyczne ustawianie zera.4. Biureta umożliwia precyzyjne miareczkowanie. Stabilna podstawa. Butelka wykonana z PE, kran teflonowy.5. Pojemność 25ml.				



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiv@wiv.mazowsze.pl, wiv.mazowsze.pl