



Siedlce, dnia 26 maja 2020 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
**Paweł Jakubczak**

### WYKONAWCY

- **wszyscy** -

Nasz znak: WIW-AD.272.59.2020.BK

### Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.59.2020** na **dostawę mikroplitek i taśmy do zaklejania do aparatu real-time PCR model CFX 96 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:**

**Pytanie:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie produktów bez deklaracji zgodności oraz certyfikatu PCR czystości/sterylności?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
*lek. wet. Paweł Jakubczak*

