

Siedlce, dn. 18 lipca 2012 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.51.2012

Pakiet nr 6

WYKONAWCY
wszyscy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW.AD.I.272.51.2012 Pakiet nr 6** na dostawę wstrząsarki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza wstrząsarkę o następujących parametrach technicznych:

- wytrząsarka o zmiennej prędkości wytrząsania i ruchu kołowym, sterowana poprzez analogowy kontroler prędkości i czasu obrotów,
- zakres prędkości obrotów 20-500 obr/min,
- średnica ruchu 10mm,
- timer analogowy 1-60 minut lub praca ciągła,
- maksymalne obciążenie 8 kg,
- wymienialne platformy robocze,
- wymiary 415x362x140 mm,
- waga 10,5 kg,
- zasilacz 230V/5-...60Hz/90W.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie** dopuszcza wstrząsarki o podanych parametrach.

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001