

Siedlce, dn. 17 sierpnia 2012 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.68.2012

## **WYKONAWCY wszyscy**

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW.AD.I.272.68.2012** na dostawę końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:

#### **Pytanie :**

Norma PN- EN ISO 8655-2 dotyczy urządzeń tłokowych i nie można jej odnieść do końcówek.

1. Czy dopuszczają państwo końcówki spełniające normy ISO 9001 oraz 13485?
2. Jakiego innego dokumenty oczekują Państwo na potwierdzenie spełnienie warunków przetargu przez końcówek?

#### **Odpowiedź:**

Norma PN-EN ISO 8655-2 dotyczy wymagań metrologicznych i maksymalnych błędów dopuszczalnych dla tłokowych pipet o nominalnej pojemności od 0,001 ml do 10 ml, których w/w błąd może być określony tylko w połączeniu pipety z końcówką.

1. Zamawiający wymaga aby zaoferowane końcówki w odniesieniu do opisanych pipet (tłokowych naczyń do pomiaru objętości) umożliwiły uzyskanie parametrów pipetowania zawarte w pkt 7.2 normy PN-EN ISO 8655-2.
2. Zamawiający wymaga oświadczenia (deklaracji) producenta, że kombinacja zaoferowanych końcówek w odniesieniu do opisanych pipet spełnia wymagania normy.

---

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach  
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce  
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Numer certyfikatu 9131  
ISO 9001