

Siedlce, dn. 8 sierpnia 2013 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.51.2013

**WYKONAWCY
wszyscy**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW.AD.I.272.51.2013** na dostawę wzorców metali do ASA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga, aby roztwory wzorce posiadały certyfikat ISO 17025?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga certyfikatu ISO 17025.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworów o objętości 125 ml?

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworów z terminem gwarancji 12 miesięcy od dnia dostarczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu ołowiu w 0,5% HNO₃?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu kadmu w 3% HNO₃?



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087



Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu rtęci w 5% HNO₃?

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu wapnia w 0,1% HNO₃?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu sodu w 0,1% HNO₃?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu manganu w 3% HNO₃?

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu miedzi w 3% HNO₃?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu potasu w 0,1% HNO₃?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu fosforu w H₂O (materiał wyjściowy H₃PO₄)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Sporządziła: Bogumiła Krasuska – specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 37, fax 25/ 6407087

