

Siedlce, dnia 29 listopada 2013 r.

Nr sprawy WIW.AD.I.272.117.2013

Wykonawcy

wszyscy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AD.I.272.117.2013 na dostawę i montaż ciepłarki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 406 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w ofercie urządzenia zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego zakres temperatury pracy wynosi -10°C - $+60^{\circ}\text{C}$ przy temperaturze otoczenia $+5^{\circ}$ - $+35^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w ofercie urządzenia zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę z dokładnością regulacji temperatury co 1°C ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w ofercie urządzenia zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 195 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w ofercie urządzenia zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ.



Sporządził: Piotr Pośrednik – Kierownik zespołu ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 63 264 59 w 32, fax 25/ 640 70 87



Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (SxGxW): 640 x 550 x 1160 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w ofercie urządzenia zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (SxGxW): 800 x 832 x 1810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w ofercie urządzenia zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik miał możliwość graficznej prezentacji wyników pracy inkubatora w postaci wykresów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby sterownik miał możliwość graficznej prezentacji wyników pracy inkubatora w postaci wykresów.

Pytanie: Czy w przypadku awarii urządzenia i braku możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy, Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zastępczego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga dostawy inkubatora wyposażonego w przyciski membranowe i pełną klawiaturę numeryczną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawę urządzenia zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy urządzenia na czas 6-8 tyg.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czterema półkami o wymiarach (SxG) 580 x 440 mm i jedną półką o wymiarach 580 x 490 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Paweł Jakubczak



Sporządził: Piotr Pośrednik – Kierownik zespołu ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 63 264 59 w 32, fax 25/ 640 70 87

