

Siedlce, dnia 29 listopada 2013 r.

Wykonawcy

- wszyscy -

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **WIW.AD.I.272.103.2013** na dostawę końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1 (dotyczy poz. 1, 4, 5)

W zestawach o podanych numerach katalogowych znajduje się po 480 szt. końcówek.

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości zestawów końcówek w poz. 1, 4, 5 przedmiotu zamówienia na Zestaw = 480 szt. końcówek.

Stosowna zmiana zostanie naniesiona do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

W związku ze zmianą treści SIWZ przedłuża się termin składania ofert z dnia 03.12.2013r. na dzień 05.12.2013r. do godziny 10:30.

Oferty zostaną otworzone w dniu 05.12.2013r. o godzinie 11:00.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Paweł Jakubczak



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Sporządziła: Alicja Bałazy St. specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 20 fax 25/ 6407087



Siedlce, dnia 29 listopada 2013 r.

nr sprawy: WIW.AD.I.272.103.2013

Wykonawcy

- Wszyscy -

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy nr sprawy **WIW.AD.I.272.103.2013** na dostawę końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Zmianie ulega:

1. Rozdział XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę wielkości opakowania (kolumna 6) dla poz. 1, 4 i 5 przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.
2. Termin składania ofert z dnia 03 grudnia 2013 r. na dzień 05 grudnia 2013 r. do godziny 10:30.
3. Termin otwarcia ofert z dnia 03 grudnia 2013 r. na dzień 05 grudnia 2013 r. - godzina 11:00.

MAJOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Paweł Jakubczak



Numer certyfikatu 9131

ISO 9001

Sporządziła: Alicja Bałazy St. specjalista ds. administracyjnych
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 6324129 w 20 fax 25/ 6407087



Batary

Załącznik nr 1

do pisma nr sprawy: WIW.AD.I.272.103.2013 z dnia 29 listopada.2013r.

Rozdział XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1, 4, 5. przed zmianą:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - parametry techniczne	J.m.	Ilość j.m. zamawiana	Wielkość j.m.	Wymagany termin gwarancji
1	Końcówki pasujące do pipet jednokanałowych Research Pro firmy Eppendorf o pojemności 0,1-20 µl. np. firmy Eppendorf, nr kat. 0030 073.223	3 Końcówki: - zakres od 0,1-20 µl, - długość 40 mm, - niesterylne, - pakowane w pudełka i raki po 96 sztuk. - dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami jednokanałowymi Research Pro firmy Eppendorf.	4	5	6	7
1.			Zestaw	5	1 zestaw = 576 szt końcówek (1 pudełko + 5 zasobników po 96 końcówek)	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy
4.	Końcówki pasujące do pipet jednokanałowych Research firmy Eppendorf o pojemności 5-300 µl. np. firmy Eppendorf, nr kat. 0030 073.282.	3 Końcówki: - zakres od 20-300 µl - długość 55 mm - pakowane w pudełka i raki po 96 sztuk. - niesterylne. - dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami jednokanałowymi Research firmy Eppendorf.	4	5	6	7
			Zestaw	5	1 zestaw = 576 szt końcówek (1 pudełko + 5 zasobników po 96 końcówek)	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy



Sporządziła: Alicja Bałazy St. spe
Wojewódzki Inspektorat Wetery
ul. Kazimierzowska 2
tel. 25/ 6324129 w 20



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

5.	Końcówki pasujące do pipet jednokanałowych Research firmy Eppendorf o pojemności 100-1000 µl. np. firmy Eppendorf, nr kat. 0030 073.304.	Końcówki: – zakres od 50-1 000 µl – długość 71 mm – pakowane w pudełka i raki po 96 sztuk – niesterylne. – dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami jednokanałowymi Research firmy Eppendorf.	zestaw	2	1 zestaw = 576 szt końcówek (1 pudełko + 5 zasobników po 96 końcówek)	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy
----	---	---	--------	---	---	-------------------------------------

Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1, 4, 5. po zmianie:


Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis – parametry techniczne	J.m.	Ilość j.m. zamawiana	Wielkość j.m.	Wymagany termin gwarancji
1	2	3	4	5	6	7
1.	Końcówki pasujące do pipet jednokanałowych Research Pro firmy Eppendorf o pojemności 0,1-20 µl. np. firmy Eppendorf, nr kat. 0030 073.223	Końcówki: – zakres od 0,1-20 µl, – długość 40 mm, – niesterylne, – pakowane w pudełka i raki po 96 sztuk. – dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami jednokanałowymi Research Pro firmy Eppendorf.	Zestaw	5	1 zestaw = 480 szt końcówek (1 pudełko + 5 zasobników po 96 końcówek)	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy
4.	Końcówki pasujące do pipet jednokanałowych Research firmy Eppendorf o pojemności 5-300 µl. np. firmy Eppendorf, nr kat. 0030 073.282.	Końcówki: – zakres od 20-300 µl – długość 55 mm – pakowane w pudełka i raki po 96 sztuk. – niesterylne. – dostarczone końcówki powinny gwarantować	Zestaw	5	1 zestaw = 480 szt końcówek (1 pudełko + 5 zasobników po 96 końcówek)	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy



Sporządziła: Alicja Bałazy St. spe
Wojewódzki Inspektorat Wetery
ul. Kazimierzowska 2
tel. 25/ 6324129 w 20



5.	Końcówki pasujące do pipet jednokanałowych Research firmy Eppendorf o pojemności 100-1000 µl. np. firmy Eppendorf, nr kat. 0030 073.304.	poprawną współpracę z pipetami jednokanałowymi Research firmy Eppendorf Końcówki: – zakres od 50-1 000 µl – długość 71 mm – pakowane w pudełka i raki po 96 sztuk – niesterylne. – dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami jednokanałowymi Research firmy Eppendorf.	zestaw	2	1 zestaw = 480 szt końcówek (1 pudełko + 5 zasobników po 96 końcówek)	minimum 12 miesięcy od dnia dostawy
----	---	--	--------	---	---	-------------------------------------



 LECZONIA WETERYNARYJNA
 LECZONIA WETERYNARYJNA
 lek. wet. Paweł Jakubczak



Sporządziła: Alicja Bałazy St. spe
 Wojewódzki Inspektorat Wetery
 ul. Kazimierzowska 2
 tel. 25/ 6324129 w 20

